INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA LINHA DE RECOLHA DE AMOSTRAS DE GÁSPORTUGUÊS

PROCEDIMENTO SUGERIDO:

1. Ligue o conector do fecho luer macho da linha de recolha de amostras ao conector luer fêmea que se encontra na extremidade do paciente do circuito.
2. Ligue a outra extremidade (macho ou fêmea) ao monitor de CO_2.
3. Verifique se as ligações são seguras e o funcionamento é o correcto antes de utilizar o dispositivo.
4. Estes dispositvos nã o são pretendidos para reaproveitara reaproveitar. Os riscos de reaproveitar podem incluir contaminacão microbiana ou degradacão de producto.

ADVERTÊNCIA:

Para utilizar apenas num único paciente.
Armazenar num local fresco e seco. Não é feita com látex de borracha natural.
Não fez com DEHP.

TUBULURE D'ÉCHANTILLONNAGE DE GAZ : MODE D'EMPLOI - FRANÇAIS PROCÉDURE SUGGÉRÉE

PROCÉDURE SUGGÉRÉE:

1. Connecter le connecteur Luer Lock mâle de la tubulure d'échantillonnage au connec-teur Luer femelle de l'extrémité patient du circuit.
2. Connecter l'autre extrémité (mâle ou femelle) au moniteur de CO_2.
3. Vérifier que les connexions sont bien solidement établies et que le dispositif fonctionne correctement avant l'utilisation.
4. Ces dispositifs ne sont pas prévus pour le retraitement. Les risques du retraitment peuvent inclure la dégradation de contamination microbienne ou de produit.

PRÉCAUTIONS:

N'utiliser que pour un seul patient.
Stocker dans un endroit frais et sec. Pas fait avec du latex naturel
Pas fait avec DEHP

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA LINEA DI CAMPIONAMENTO DEL GAS -ITALIANO

PROCEDURA CONSIGLIATA:

1. Collegare il connettore luer lock maschio della linea di campionamento al connettore luer femmina situato all'estremità paziente del circuito.
2. Collegare l'altra estremità (maschio o femmina) al monitor della CO_2.
3. Prima dell'uso, verificare il corretto funzionamento e accertarsi che i collegamenti siano ben saldi.
4. Questi dispositivi non sono intesi per la rilavorazione. I rischi di rilavorare potrebbero includere la degradazione di contaminazione o prodotto virale.

ATTENZIONE:

Per l'uso con un singolo paziente
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non fatta con lattice di gomma naturale
Non fatta con DEHP

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE GAS - PROBENNAHME - SCHLAUCHLEITUNG - DEUTSCH

EMPFOHLENES VORGEHEN:

1. Den Luer-Lock-Anschluss des Probennahmeschlauchs mit der Luer-Buchse am Patientenende des Schaltkreises verbinden.
2. Das andere Ende (männlich oder weiblich) an den CO_2-Monitor anschließen.
3. Vor Inbetriebnahme auf sichere Verbindungen und ordnungsgemäße Funktion überprüfen.
4. Deze apparaten zijn niet voogrenomen voor het recycleren. De risico's om te recycleren kunnen microbiële verontreiniging of productdegradatie omvatten.

ACHTUNG:

Zum einmaligen Gebrauch
Kühl und trocken lagern Latexfrei
Nicht mit Naturkautschuk-Latex gemacht
Nicht mit DEHP gemacht

Westmed
5580 S. Nogales Highway
Tucson, Arizona 85706 USA
Phone: 800-975-7987
Fax: 520-294-6061



LABEL PN 71272, Rev. 6 2022/10

Product of Mexico
Assembled in Mexico